MEDICOM®
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІКОМ-УКРАЇНА»
вул. Серпова, 11, 03115 Київ, Україна. ЄДРПОУ: 37098888
тел/факс: +38-044-3039943 e-mail: office@medicom-ua.com http://www.medicom-ua.com/

Переклад відповідно з Сертифікатом якості від виробника, виконано Уповноваженим представником виробника в Україні ТОВ «Медіком-Україна»

Сертифікат якості

На медичні оглядові рукавички марки SafeTouch®, Medicom®

Видано на основі сертифікату ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016

Виріб:
Рукавички оглядові латексні текстуровані хлоровані без пудри нестерильні SafeTouch® Connect™ (розмір XS, S, M, L, XL)
Виробник: Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited, Таїланд
Номер партії: MUA662
Дата виготовлення: 11.2024 р.
Термін придатності: 11.2029 р.

Параметри, що підлягають перевірці	**Результат тесту**
Розміри	XS, S, M, L, XL
Згідно EN-455 частина 1	
Відсутність дірок та візуальних дефектів.G1, AQL 1,5; AQL 2,5; AQL 4	Тест пройдено
Згідно EN-455 частина 2	
Довжина по розміру, мм	XS - 245±5 S - 245±5 M - 245±5 L - 245±5 XL - 245±5
Ширина, мм	XS - 75 ± 5 S - 80 ± 5 M - 95 ± 5 L - 107 ± 5 XL - 113 ± 7
Товщина в зоні пальців, мм	0,10 +/- 0,02
Товщина в зоні долонів, мм	0,10
Матеріал	Натуральний латекс
Міцність на розрив, N	≥7,0
Міцність на розрив, при тесті на старіння матеріалу, N	≥6,8
Міцність на розрив, MPa	≥25
Міцність на розрив, при тесті на старіння матеріалу, MPa	≥25
Міцність при тесті на розтяг	≥769%
Міцність при тесті на розтяг при тесті на старіння матеріалу	≥759%
Згідно EN-455 частина 3	
Кількість пудри. ASTM D3578-05, макс 10мг/дм3	Відповідає
Наявність валика на манжеті	Відповідає
Хлоровані	Відповідає
Згідно EN-455 частина 4	
Термін придатності	5 років
Примітка	Результати тесту – це середня величина трьох індивідуальних тестових показників

Результат аналізу: Вищеперерахована продукція відповідає стандартам ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016 та EN 455 – частин 1, 2, 3 та 4.

Виробництво вищеперерахованої продукції відповідає вимогам стандартів ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016, EN 455 – частин 1, 2, 3 та 4, EN 374 – частин 1, 2, 3, 4, 5.