



PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN. BHD.
Company No.: 199601029785 (402137-W)



Сертифікат якості Презервативи латексні «ВОЛЕС» для ультразвукового дослідження

Замовлення:	P40213	Дата виробництва:	2025-10
Стандарт:	внутрішній	Дата завершення:	2025-10
Дата випробувань:	18.10.2025	Відносна вологість:	55±15%
Температура:	25±5 °C		

Термін придатності	Партія	Кількість	Ширина (мм)
2030-09	25J54	3333,33 кг бруто	42

№	Тест	Допустимі критерії	Зразки (шт)	Результат тесту		Ті що не пройшли		Підсумковий результат
				Діапазон	Середній	Допустимі	Визначені	
1.0	1.1 Довжина, (мм)	≥ 210	13	214-220	217	Н/В	Н/В	Пройдено
	1.2 Ширина (мм) Номінальна ширина 42 мм	42±2	13	41,5-42	42	Н/В	Н/В	Пройдено
	1.3 Товщина (мм)	0.080 - 0.085	13	0,080-0,082	0,081	Н/В	Н/В	Пройдено
2.0	Сталі властивості розриву							
2.1	Тиск розриву (кПа)	≥ 1,00	80	1,60-3,30	2,73	5	0	Пройдено
2.2	Об'єм розриву (літри)	≥ 18,0	80	20,5-43,5	32,2	5	0	Пройдено
3.0	Властивості розриву при закінченні терміну придатності							
3.1	Тиск розриву (кПа)	≥ 1,00	80	1,50-3,05	2,5	5	0	Пройдено
3.2	Об'єм розриву (літри)	≥ 18,0	80	17,0-36,5	29,1	5	0	Пройдено
4.0	Тест на відсутність дірочок		80	-	80/80	2	0	Пройдено
5.0	Видимі дефекти		80	-	80/80	2	0	Пройдено
6.0	Індивідуальні контейнери на відкритість пломб		80	-	80/80	2	0	Пройдено
7.0	Лубрикант (змазка) мл	Н/В	Н/В	Н/В	Н/В	Н/В	Н/В	Н/В
8.0	Цілісність пакування		32	-	32/32	2	0	Пройдено
9.0	Пакування та стікери		13	-	13/13	Н/В	Н/В	Пройдено

Альтернативний метод:

МЕТОД 1 МЕТОД 2
70±2 °C для 166±2 100±2 °C для 22±0,3

Висновок:

На підставі вищезазначеного аналізу тестування доволно обраного розміру цього товару на основі ISO 2859, ця партія **ПРОЙШЛА ВНУТРІШНІ** вимоги інспекції.

Виробник:

Pleasure Latex Products Sdn. Bhd.

за адресою: Lot 5322, 15th Miles, Jalan Padang Gajah 45800 Jeram, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (Плесуре Латекс Продактс Сдн. Бхд., за адресою Лот 5322, 15 Миля, Джалан Паданг Гаджах 45800 Джерам, Селангор Дарул Ехсан Малайзія)

PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN. BHD.

402137-W

Authorised Signature

Уповноважений представник виробника в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛА МЕД»

проспект Героїв Сталінграда, буд. 2-Г, корпус 1, м. Київ, 04210, Україна, тел./факс 044 300 05 04,

