

Сертифікат якості

На медичні оглядові рукавички марки SafeTouch[®], Medicom[®]
Видано на основі сертифікатів ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016

Виріб: Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні SafeTouch[®] Advanced[™] Platinum

Виробник: Medicom Healthcare B.V., на заводі в Малайзії

Номер партії: 1940855

Дата виготовлення: 09.2021 р.


Термін придатності: 08.2026 р.

Параметри, що підлягають перевірці	Результат тесту
Розміри	XS, S, M, L
Згідно EN-455 частина 1	
Відсутність дірок та візуальних дефектів. G1, AQL 1,5; AQL 2,5; AQL 4	Тест пройдено
Згідно EN-455 частина 2	
Довжина по розміру, мм	XS - 245±5 S - 245±5 M - 245±5 L - 245±5
Ширина, мм	XS - 80 ± 10 S - 80 ± 10 M - 95 ± 10 L - 110 ± 10
Товщина в зоні пальців і долоні, мм	≥0,10/≥0,06
Матеріал	Нітрил
Міцність на розрив, (N - Newtons), до старіння	7.5
Міцність на розрив, (N - Newtons), після старіння	7.2
Міцність при тесті на розтяг	582%
Міцність при тесті на розтяг при тесті на старіння матеріалу	496%
Згідно EN-455 частина 3	
Залишок пудри. ASTM D6319-00a, макс 2мг/рукавичку	Відповідає
Наявність валика на манжеті	Відповідає
Згідно EN-455 частина 4	
Термін придатності	5 років
Примітка	Результати тесту – це середня величина трьох індивідуальних тестових показників

Результат аналізу: Вищеперерахована продукція відповідає стандартам ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016 та EN 455 – частин 1, 2, 3 та 4.

Заключення: Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні SafeTouch[®] Advanced[™] Platinum виготовлені у відповідності зі стандартами ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016 та EN 455 – частин 1, 2, 3 та 4.

Medicom Healthcare B.V.


Medicom Healthcare B.V.
Parallelweg 80-A
3931 MT Woudenberg
The Netherlands
Tel.: (31) 33 286 64 60
Fax: (31) 33 286 64 61